



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στη Διαύγεια,
στον Τύπο, στο Site της 5^{ης} Υγειονομικής
Περιφέρειας και στο Site του Νοσοκομείου

Λαμία 06-10-2023

Αριθμ. Πρωτ.: Β/18632

5^η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

του Γ.Ν. Λαμίας για την υλοποίηση του Υποέργου 9 «Προμήθεια Τράπεζας ανάνηψης νεογνών (1 τεμ.) στο Γ.Ν. Λαμίας» (CPV: 33172200-8), προϋπολογισμού 13.000,00 € συμπ. ΦΠΑ και του Υποέργου 12 «Προμήθεια Ροόμετρου επιτοίχιου διπλού (50 τεμ.) στο Γ.Ν. Λαμίας» (CPV: 38428000-1), προϋπολογισμού 6.000,00 € συμπ. ΦΠΑ, στο πλαίσιο της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη νέων κλινικών COVID-19 στο ΓΝ Λαμίας και την ενίσχυση υφιστάμενων τμημάτων του για την αντιμετώπιση περιστατικών του COVID-19» (κωδικός ΟΠΣ: 5076427) του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020».

Τόπος Διαγωνισμού	Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού	Κριτήριο Κατακύρωσης	Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ	Ημερομηνία 06-11-2023	Ημερομηνία 08-11-2023	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής	15.322,58 € χωρίς Φ.Π.Α. & 19.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
	Ημέρα Δευτέρα	Ημέρα Τετάρτη		
	Ώρα 15:00	Ώρα 11:00 π.μ.		

Έχοντας υπόψη:**A. Νομοθεσία**

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) και εν συνεχεία με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015) και ισχύουν.
2. του Ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15
3. του Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
4. του Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα,
5. του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και
6. του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις"
7. του Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
8. του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»
9. του Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
10. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
11. του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
12. του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
13. του Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
14. της υπ' αριθμ. 76928/09.07.2021 (Β' 3075/13-07-2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»
15. Των διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. {του ν. 4497/2017, αρθ.107 (ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017), του ν. 4605/2019, αρθ.43 (ΦΕΚ 52/τ. Α'/1-4-2019), του ν. 4608/2019, αρθ.33 (ΦΕΚ 66/τ.Α'/25-04-2019), του ν. 4609/2019, αρθ.56 (ΦΕΚ 67/τ.Α'/03-05- 2019), & του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/09-03-2021) περί τροποποιήσεων του ν. 4412/2016}.
16. του άρθρου 235 Θέματα Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) του ν. 4410/2019 (Α' 70).

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Β. Τις Αποφάσεις – Έγγραφα

1. Την αρ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 64416/09-10-2020 (ΦΕΚ 856/τ. ΥΟΔΔ/14-10-2020) Υπουργική Απόφαση με την οποία ο κ. Κολοκυθάς Ανδρέας του Ιωάννη ορίστηκε Διοικητής του Γ.Ν Λαμίας.
2. Την υπ' αριθμ. αριθμ. Γ4β/72948/2022 (ΦΕΚ 190/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/06-03-2023) Υπουργική Απόφαση Ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, αρμοδιότητας 5^{ης} Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
3. Την υπ' αρ. 20/27-08-2020 (Θ.ΕΗΔ 8ο) (ΑΔΑ: ΨΞΥ14690ΒΜ-4Σ4) Απόφαση Τακτικής Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝ Λαμίας, με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα και σκοπιμότητα προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού και ειδών ατομικής προστασίας για Covid-19 με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ 2014-2020 στο πλαίσιο της με κωδικό 70 Πρόσκλησης.
4. Το με αρ.πρωτ.Β/18344/31-08-2020 έγγραφο του ΓΝ Λαμίας με το οποίο διαβιβάσθηκε ο φάκελος προς την 5^η ΥΠΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της (9) σχετικής Απόφασης, προς έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας της προμήθειας Ιατρικού Εξοπλισμού και ειδών ατομικής προστασίας.
5. Το με αριθμ.πρωτ. 84041/22-09-2020 έγγραφο της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με το οποίο διαβιβάσθηκε η με αρ.πρωτ. 83269/18-09-2020 (ΑΔΑ: 6Ω0Ν469Η2Γ-124) Απόφαση Διοικητή της 5^{ης} Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης του ΓΝ Λαμίας για την ένταξη και χρηματοδότηση προμήθειας ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Στερεά Ελλάδα» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
6. Το με αριθμ.πρωτ. 103550/16-11-2020 έγγραφο της 5^{ης} Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με το οποίο διαβιβάσθηκε η με αρ.πρωτ. 83269/16-11-2020 (ΑΔΑ: 6Ω0Ν469Η2Γ-124) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση Διοικητή της 5^{ης} Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης του ΓΝ Λαμίας για την ένταξη και χρηματοδότηση προμήθειας ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Στερεά Ελλάδα» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
7. Την με αρ.πρωτ.Β/21179/25-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΩ44690ΒΜ-Φ9Ω) Απόφαση Διοικητή Γ.Ν. Λαμίας, με την οποία συγκροτήθηκε Τριμελής Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την υποβολή πρότασης προμήθειας ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού στο πλαίσιο της με κωδικό 70 Πρόσκλησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
8. Το με αρ.πρωτ.Β/27598/01-10-2020 έγγραφο της αρμόδιας Επιτροπής με το οποίο διαβιβάσθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια εξοπλισμού προς το Τμήμα Προμηθειών.
9. Το αριθμ.πρωτ.Β/21598/20-11-2020 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών προς την αρμόδια επιτροπή προς επανυποβολή πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης στην οποία ετέθησαν οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού.
10. Το με αριθμ.πρωτ. Β/27831/09-12-2020 πρακτικό της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών, το οποίο κατατέθηκε κατόπιν επεξεργασίας των υποβληθέντων σχολίων, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.

11. Την υπ' αριθ. Β/27831/16-12-2020 (ΑΔΑ: Ω8ΛΖ4690ΒΜ-Ξ5Μ) Απόφαση Διοικητή Γ.Ν. Λαμίας αναφορικά με την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Νοσοκομείου, καθώς και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων ανάθεσης των ειδών που θα υποβληθούν προς χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο «Προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού για τις Μονάδες Υγείας της Στερεάς Ελλάδας» (Α.Π.: 780/06-05-2020, Κωδικός Πρόσκλησης 70, Α/Α ΟΠΣ: 4308, Έκδοση: 1/0).
12. Την υπ' αριθ. 2/21-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΤ064690ΒΜ-ΛΛΛ) Απόφαση Τακτικής Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝ Λαμίας, αναφορικά με την έγκριση υποβολής τροποποιημένης πρότασης του Νοσοκομείου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο «Προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού για τις Μονάδες Υγείας της Στερεάς Ελλάδας» (Α.Π.: 780/06-05-2020, Κωδικός Πρόσκλησης 70, Α/Α ΟΠΣ: 4308, Έκδοση: 1/0).
13. Την με Αριθ. Πρωτ. 220/02-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ3607ΛΗ-503) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη νέων κλινικών COVID-19 στο ΓΝ Λαμίας και την ενίσχυση υφιστάμενων τμημάτων του για την αντιμετώπιση περιστατικών του COVID-19» με κωδικό ΟΠΣ 5076427 στο ΠΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
14. Την υπ' αριθ. 24/15-10-2021 (θέμα 19^ο) (ΑΔΑ: ΩΔΩΡ4690ΒΜ-4ΔΨ) Απόφαση Τακτικής Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝ Λαμίας, αναφορικά με την επαναπροκήρυξη του είδους «Ροόμετρο επιτοίχιο διπλό (50 τεμ.)» λόγω μη υποβολής προσφορών.
15. Την υπ' αριθ. 3/31-01-2022 (θέμα 30^ο) (ΑΔΑ: 6ΔΧΓ4690ΒΜ-9ΟΧ) Απόφαση Τακτικής Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝ Λαμίας, αναφορικά με την επαναπροκήρυξη του είδους «Τράπεζα ανάνηψης νεογνών (1 τεμ.)» λόγω μη υποβολής προσφορών.
16. Την υπ' αριθ. 6/28-02-2023 (θέμα 13^ο) (ΑΔΑ: ΨΗΗ44690ΒΜ-0Ψ3) Απόφαση Τακτικής Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝ Λαμίας, αναφορικά με την επαναπροκήρυξη των ειδών «Προμήθεια Τράπεζας ανάνηψης νεογνών (1 τεμ.) (Υποέργο 9) και «Προμήθεια Ροόμετρου επιτοίχιου διπλού (50 τεμ.) (Υποέργο 12) με την ίδια προϋπολογισθείσα δαπάνη, τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και την ίδια ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης και διενέργειας διαγωνισμού, καθώς η επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία για τα είδη αυτά απέβη άγονη.
17. Το υπ' αρ. πρωτ. 2061/29-06-2023 έγγραφο διατύπωσης θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» επί του σχεδίου της παρούσας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για την ανάθεση των Υποέργων 9 και 12 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5076427, συνολικού προϋπολογισμού 19.000,00 € συμπ. ΦΠΑ.
18. Τις με αριθμ. πρωτ. Β/16937/15-9-2023 (ΑΔΑ: ΨΘΠ14690ΒΜ-ΑΗ0 ΑΔΑΜ: 23REQ013415820) και Β/16938/15-9-2023 (ΑΔΑ: Ψ6ΚΝ4690ΒΜ-Υ9Ε ΑΔΑΜ: 23REQ013415820) Αποφάσεις Ανάλυσης Υποχρέωσης που καταχωρήθηκαν με α/α: 1796 και 1797 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής οικονομικών ετών 2023, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 και 2032 Κ.Α.Ε. 9349.01 και 0887.01 αντίστοιχα.
19. Την αριθμ. Β/17118/19-09-2023 (ΑΔΑ:ΩΧΑΚ4690ΒΜ-Σ7Θ) βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού Τμήματος του Νοσοκομείου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

του Γ.Ν. Λαμίας για την υλοποίηση του Υποέργου 9 «Προμήθεια Τράπεζας ανάνηψης νεογνών (1 τεμ.) στο Γ.Ν. Λαμίας» (CPV: 33172200-8), προϋπολογισμού 13.000,00 € συμπ. ΦΠΑ και του Υποέργου 12 «Προμήθεια Ροόμετρου επιτοίχιου διπλού (50 τεμ.) στο Γ.Ν. Λαμίας» (CPV: 38428000-1), προϋπολογισμού 6.000,00 € συμπ. ΦΠΑ, στο πλαίσιο της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη νέων κλινικών COVID-19 στο ΓΝ Λαμίας και την ενίσχυση υφιστάμενων τμημάτων του για την αντιμετώπιση περιστατικών του COVID-19» (κωδικός ΟΠΣ: 5076427) του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

ΤΜΗΜΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%
1	«Προμήθεια Τράπεζας ανάνηψης νεογνών (1 τεμ.) στο Γ.Ν. Λαμίας» (Υποέργο 9)	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής	10.483,87 €	13.000,00 €
2	«Προμήθεια Ροόμετρου επιτοίχιου διπλού (50 τεμ.) στο Γ.Ν. Λαμίας» (Υποέργο 12)	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής	4.838,71 €	6.000,00 €

Προσφορές υποβάλλονται είτε για τα δύο τμήματα, είτε για ένα μόνο τμήμα, υπό την προϋπόθεση να αφορούν το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας των συνολικών τμημάτων ή ενός μόνο τμήματος.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των τμημάτων στα οποία μπορεί να προσφέρει ο συμμετέχων.

Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ανά τμήμα ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γ.Ν. Λαμίας στις **08-11-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.** από Αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.

1. Οι προσφορές θα αποστέλλονται, Ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας Παπασιοπούλου Τέρμα, ΤΚ 35131 Λαμία, Τμήμα Πρωτοκόλλου, σε σφραγισμένο φάκελο.

✓ Σημείωση: Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται έως την **08-11-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.** από το Τμήμα Πρωτοκόλλου ειδάλλως δεν θα γίνονται δεκτές. Για τις προσφορές αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς. Προσφορές μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα **σε σφραγισμένο φάκελο**. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

➤ Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό
- Ο αριθμός της πρόσκλησης και ο τίτλος του διαγωνισμού
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

- Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε πρωτότυπη μορφή τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».
- Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
- Τα οικονομικά στοιχεία, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
- Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 1 του ν.4250/2014 (Α'74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης.

Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της πρόσκλησης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.

Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν.4250/2014.

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας πρόσκλησης.

Δεν απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφων των προσφορών και των δικαιολογητικών

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β': ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης από το τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. Λαμίας: Κόντου Μ. (τηλ:22313-54562 & 54554), email: promithies@hosplam.gr .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

Αναθέτουσα Αρχή	Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
Ταχυδρομική διεύθυνση	Παπασιοπούλου Τέρμα
Πόλη	Λαμία
Ταχυδρομικός Κωδικός	35131
Τηλέφωνο	22313-54562 & 54554
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	promithies@hosplam.gr
Τίτλος προμήθειας/ CPV	Τμήμα 1: «Προμήθεια Τράπεζας ανάνηψης νεογνών (1 τεμ.) στο Γ.Ν. Λαμίας» (Υπόεργο 9) (CPV: 33172200-8) Τμήμα 2: «Προμήθεια Ροόμετρου επιτοίχιου διπλού (50 τεμ.) στο Γ.Ν. Λαμίας» (Υπόεργο 12) (CPV: 38428000-1)
Προϋπολογισμός Δαπάνης πλέον Φ.Π.Α	Τμήμα 1: 10.483,87 € Τμήμα 2: 4.838,71 €
Κριτήριο ανάθεσης	Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής
Χρηματοδότηση	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ΚΑΕ 9349.01 ➤ Ανάληψη Υποχρέωσης : α/α 1796 ➤ ΚΑΕ 0887.01 ➤ Ανάληψη Υποχρέωσης : α/α 1797, Αριθμ. Β/17118/19-09-2023 Βεβαίωση Πίστωσης <p>Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης ΣΑ ΕΠ0561, αριθ. ενάρθ. έργου 2021ΕΠ05610001).</p> <p>Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα υποέργα Νο 9 και 12 της Πράξης : «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη νέων κλινικών COVID-19 στο ΓΝ Λαμίας και την ενίσχυση υφιστάμενων τμημάτων του για την αντιμετώπιση περιστατικών του COVID-19» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 220/02-02-2021 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έχει λάβει κωδικό MIS 5076427. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.</p>
Τόπος Υποβολής Προσφορών	Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας (Παπασιοπούλου τέρμα, Λαμία, ΤΚ 35131, Τμήμα Πρωτοκόλλου)

23PROC013546462 2023-10-06

Χρόνος Προσφορών	υποβολής	<p>Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά με την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι 08-11-2023 Ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.</p>
Δικαίωμα συμμετοχής		<p>Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε</p> <ul style="list-style-type: none"> • κράτος-μέλος της Ένωσης • κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) • τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων • τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση.
Τρόπος Προσφορών	Υποβολής	<p>Σφραγισμένες προσφορές σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφονται:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ο τίτλος της πρόσκλησης <p>Τα στοιχεία της εταιρείας</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η Διευκρίνιση: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ».
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών		Δευτέρα, 06 - 11- 2023 και ώρα 15:00
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού		Τετάρτη, 08- 11- 2023 και ώρα 11:00 π.μ.
Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού		Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας - Τμήμα Προμηθειών
Δημοσιότητα		<ul style="list-style-type: none"> • ΔΙΑΥΓΕΙΑ • ΚΗΜΔΗΣ • Ελληνικός Τύπος • site της 5^{ης} ΥΠΕ http://civil.dypethessaly.gr/hospitals • site του ΓΝ Λαμίας http://hosplam.gr
Χρόνος ισχύος προσφορών		Εκατόν είκοσι (120) μέρες

<p>Δικαιολογητικά Συμμετοχής</p>	<p style="text-align: center;">ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</p> <p>1. <u>Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία υπογράφεται, μόνο από τον εκάστοτε εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α, του Ν. 4412/2016, όπου να δηλώνεται ότι:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόκλησης. ❖ Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη γνώση. ❖ Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. ❖ Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς τους είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες. ❖ Για: α) Τους Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), β) Τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, δ) Τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων, δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16. ❖ Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. <p>2. <u>A) Φυσικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. <p><u>B) Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.
--------------------------------------	---

<p>Τεχνική Προσφορά</p>	<p>Τεχνική Προσφορά</p> <p>Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις, εμπειρία, κ.τ.λ.), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα της Προμήθειας, <u>με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Β΄.</u></p> <p><u>Στην Τεχνική προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και να περιλαμβάνονται συμπληρωμένοι οι Πίνακες Συμμόρφωσης που παρατίθενται στο Παράρτημα Β΄ “Τεχνικές προδιαγραφές – Πίνακες Συμμόρφωσης” της παρούσας πρόσκλησης.</u></p> <p>Για τα τεχνικά φυλλάδια- προσπέκτους δεν απαιτείται να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά ούτε και επικυρωμένα.</p>
<p>Οικονομική Προσφορά</p>	<p>Οικονομική Προσφορά</p> <p>Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Συμπληρώνεται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επί ποινή απορρίψεως. ➤ Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε Euro. ➤ Η προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη ➤ Οι τιμές αναφέρονται αναλυτικά για το σύνολο της Προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α. Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. ➤ Αναφέρεται το ποσοστό Φ.Π.Α των ειδών και η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α & με Φ.Π.Α. <p>(Οι οικονομικές προσφορές τοποθετούνται μέσα στον κυρίως φάκελο, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, επί ποινή απορρίψεως.)</p>
<p>Δικαιολογητικά Κατακύρωσης</p>	<p>ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ</p> <p><u>Με την υποβολή της προσφοράς,</u> ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να αποδείξει <u>τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού</u> των παρ. 1 και 2 του άρ. 73 και του αρ. 74 του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς απόδειξη τούτου ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου. <p>Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως:</p> <p>(1) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές</p>

	<p>(2) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου</p> <p>(3) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ασφαλιστική Ενημερότητα. • Φορολογική Ενημερότητα. • Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: <p>Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ α) ισχύον καταστατικό αυτής, ❖ β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού (όπου υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης να κατατεθούν τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωση του ΓΕΜΗ) και ❖ γ) Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση του ΓΕΜΗ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. ii. Για Ε.Π.Ε., Ι.ΚΕ. κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. <p>Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.</p> <p>Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Επίσης, προσκομίζεται παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.</p> <p><u>Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Η: Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν στον φάκελο προσφοράς τους και σφραγισμένο υποφάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που περιγράφονται παραπάνω.</u></p>
<p>Γλώσσα Εγγράφων</p>	<p>Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά</p>

	<p>νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.</p> <p>Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.</p> <p>Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.</p> <p>Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.</p> <p>Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.</p>
Νόμισμα	Ευρώ (€)
Διενέργεια Διαγωνισμού	<p>Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπεβλήθησαν από αυτούς την <u>ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή την επόμενη</u>.</p> <p>2. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών θα γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση. Τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας έχουν ως εξής:</p> <p>α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.</p> <p>β) Στη συνέχεια η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το σχετικό κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.</p> <p>γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατάτα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β'</p>

	<p>οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή, η επιλογή του αναδόχου γίνεται με κλήρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 90 του Ν.4412/2016.</p> <p>Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό και γνωμοδοτεί είτε για την κατακύρωση της ανάθεσης στον «προσωρινό ανάδοχο» είτε την ματαίωση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.</p>
<p>Προθεσμίες ολοκλήρωσης των σταδίων</p>	<p>Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.</p> <p>Επισημαίνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτή που καθορίζεται σε ποσοστό και ως εξής: εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ογδόντα τοις εκατό (80%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.</p> <p>Η διαδικασία α) αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και β) ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, με το οποίο προτείνει την κατακύρωση σε συγκεκριμένο ανάδοχο.</p> <p>Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία απόφαση της αναθέτουσας αρχής.</p> <p>Οι Επιτροπές που αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο τους εντός των κάτωθι προθεσμιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221Α του νόμου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι οποίες μεταξύ άλλων προβλέπουν τα εξής: «.....α) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών</p>

ολοκληρώνονται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αποσφράγισης των προσφορών..»

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών σε σφραγισμένο φάκελο τα «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». **(ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ)**. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση προς το αρμόδιο όργανο του Γ.Ν. Λαμίας, προς έγκριση.

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών.

Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

- α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,
- β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Προσφορά	<p>Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των τμημάτων/ ειδών της προμήθειας ή για κάθε τμήμα / είδος ξεχωριστά, αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας ανά τμήμα / είδος προμήθειας.</p> <p>Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.</p> <p>Προσφορές που έχουν χρόνο ισχύος της προσφοράς μικρότερο από το ζητούμενο απορρίπτονται.</p>
Κριτήριο Κατακύρωσης	<ul style="list-style-type: none"> • Κριτήριο κατακύρωσης είναι η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Βάσει Τιμής <u>στο σύνολο της προμήθειας των ειδών.</u> • Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α δεν μπορεί να υπερβεί τον προϋπολογισμό. <p>Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης απορρίπτονται.</p>
Ενστάσεις	Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.
Εγγυήσεις	<p>Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (άρθρο 72 Ν.4412/2016).</p> <p>Απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.</p>
Τρόπος πληρωμής	<p>Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής: το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.</p> <p>Για την καταβολή της Αμοιβής των Αναδόχων απαιτείται η προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.</p> <p>Ειδικότερα, η Αμοιβή καταβάλλεται εντός εξήντα (60) ημερών από τη χορήγηση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με την υποβολή του τιμολογίου πώλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4152/2013, παρ. Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση</p> <p>Οι πληρωμές θα γίνονται για το σύνολο της αξίας μείον τις προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις και κατόπιν θεώρησης από τον κ. Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.</p> <p>Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.</p> <p>Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016 των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».</p>
Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου	Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της

	σχετικής σύμβασης.
Κατακύρωση Αποτελεσμάτων - Υπογραφή Σύμβασης	<p>Ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών θα γίνει με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει της τιμής στις προσφορές που θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.</p> <p>Όταν ο ανάδοχος ο οποίος προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους αναδόχους δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.</p> <p>Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης μετά από κλήρωση (Ν.4412/2016 άρθρο 90).</p> <p>Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (Ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3).</p> <p>Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει από το Δ.Σ. του Γ.Ν. Λαμίας.</p> <p>Στον ανάδοχο που θα γίνει η κατακύρωση θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση που θα αναφέρει και την προθεσμία υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση που απαιτείται.</p> <p>Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.</p>
Διάρκεια Σύμβασης	Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της.
Τόπος-Χρόνος Παράδοσης	Η ολοκλήρωση της προμήθειας θα γίνει εντός χρονικής διάρκειας εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με ευθύνη και μέριμνα του Αναδόχου, σύμφωνα με το Παράρτημα Β' και κατόπιν έγγραφης παραγγελίας από το αρμόδιο Τμήμα του Νοσοκομείου μας.
Λόγοι απόρριψης προσφορών	<p>Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:</p> <p>α) η οποία αποκλίνει από απaráβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα,</p>

	<p>β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωση, διόρθωση, αποσαφήνιση ή διευκρίνιση ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας,</p> <p>γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή,</p> <p>δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,</p> <p>ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές,</p> <p>στ) η οποία είναι υπό αίρεση,</p> <p>ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,</p> <p>η) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.</p>
Ματαίωση Διαδικασίας	<p>Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.</p>
ΓΕΝΙΚΑ	<p>Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.</p>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Υποέργο 9: «Προμήθεια Τράπεζας ανάνηψης νεογνών (1 τεμ.) στο Γ.Ν. Λαμίας»

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	33172200-8	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ	1 τεμ.	10.483,87 €	13.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. Να λειτουργεί με μικροεπεξεργαστές και να διαθέτει τουλάχιστον τους εξής τρόπους λειτουργίας: a) Servo Mode(δέρματος). b) Manual Mode (Χειροκίνητη ρύθμιση).	ΝΑΙ		
2. Η ακτινοβολία να μπορεί να αλλάξει ελεύθερα, ο θερμικός ακτινοβολέας να μπορεί να εστιάσει εύκολα στο στρώμα.	ΝΑΙ		
3. Να διαθέτει υπέρυθρες κεραμικές λάμπες θέρμανσης, οι οποίες να βρίσκονται στο μπροστινό και στο πισινό μέρος του ακτινοβολέα και να μπορούν να παρέχουν φως για ολόκληρο το κρεβάτι με ομοιόμορφη κατανομή.	ΝΑΙ		
4. Να διαθέτει θερμαινόμενο κολλοειδές στρώμα (σιλικόνης), μαλακό και άνετο, ελεγχόμενη θερμοκρασία, λάμπα φωτοθεραπείας ίκτερου, να αποτελείται από λάμπες LED με υψηλή ένταση ακτινοβολίας. Να υιοθετεί την κεντρική θερμοκρασία του σώματος του μωρού, να ελέγχει και να καταγράφει την θερμοκρασία των άκρων του σώματος.	ΝΑΙ		
5. Να είναι εξοπλισμένο με πίνακα ελέγχου, οθόνη LCD και να μπορεί να δείξει πληροφορίες όπως: a) Ρύθμιση της θερμοκρασίας. b) Κεντρική θερμοκρασία σώματος του μωρού. c) Θερμοκρασία των άκρων του σώματος. d) Θερμοκρασία της επιφάνειας του κρεβατιού. e) Χρόνο θεραπείας του ίκτερου. f) Χρόνο λειτουργίας της συσκευής. g) Ένταση της θέρμανσης.	ΝΑΙ		
6. Να υπάρχουν οι παρακάτω παράμετροι στο μόνιτορ: I. Κλειδί για την ρύθμιση του χρόνου (κανονική ή επανεκκίνηση). II. Δείκτης συναγερμού: ανάβει μαζί με τον ηχητικό συναγερμό για να υποδείξει το πρόβλημα ενός μηχανήματος. III. Δείκτης πτώσης τάσης: ανάβει ταυτόχρονα με τον ηχητικό συναγερμό για να υποδείξει ότι έχει συμβεί πτώση της τάσης.	ΝΑΙ		

<p>IV. APGAR κουμπί</p> <p>V. Κουμπί υπενθύμισης: ιστορικό της καμπύλης.</p> <p>VI. Κουμπί Εξόδου</p> <p>VII. On/Off Κουμπί Λειτουργίας της λάμπας</p> <p>VIII. On/Off Κουμπί Νυχτερινού Φωτός</p> <p>IX. Λάμπα Θεραπείας Ικτέρου.</p> <p>X. Το κουμπί ρύθμισης του τύπου, θερμοκρασίας του δέρματος</p> <p>XI. Το κουμπί ρύθμισης της χειροκίνητης χρήσης</p> <p>XII. Το κουμπί ρύθμισης του τύπου θερμοκρασίας του στρώματος</p> <p>XIII. Κουμπί επιβεβαίωσης για την παρούσα λειτουργία.</p> <p>XIV. Κουμπί για την μείωση της ρύθμισης: η ρύθμιση μείωσης μπορεί να ρυθμιστεί αν αυτό το κουμπί πατηθεί συνεχόμενα.</p> <p>XV. Κουμπί για την αύξηση της ρύθμισης: αύξηση της ρύθμισης μπορεί να γίνει πατώντας αυτό το κουμπί συνεχόμενα.</p> <p>XVI. Κουμπί επανεκκίνησης</p>			
7. Να σημαίνουν πολλαπλοί συναγερμοί αυτοελεγχόμενοι σε ορατή και αφανή κατάσταση, η κλίση του κρεβατιού να μπορεί να προσαρμοστεί βηματικά, το ύψος του κρεβατιού να μπορεί να ρυθμιστεί ηλεκτρονικά.	NAI		
8. Να μπορεί να αποθηκεύει πληροφορίες για την αλλαγή της θερμοκρασίας του σώματος και την θερμοκρασία του κρεβατιού.	NAI		
9. Να είναι εξοπλισμένη με φωτεινό σύστημα σποτ παρατήρησης και απαλό νυχτερινό φως.	NAI		
10. Να έχει θάλαμο με ράφια και μοχλό αναρρόφησης.	NAI		
11. Τα γυάλινα τοιχώματα να είναι στρογγυλοποιημένα να στρέφονται προς τα κάτω με ελαστικότητα και το ύψος του κρεβατιού να μπορεί να ρυθμιστεί ηλεκτρικά.	NAI		
12. Να διαθέτει μεγάλο και ευρύχωρο στρώμα το οποίο να είναι φτιαγμένο από μαλακό κολλοειδές υλικό σιλικόνης και να μπορεί να ελέγξει την ζέστη και την θερμοκρασία.	NAI		
13. Τα συρτάρια να μπορούν να ανοίξουν ελεύθερα με έναν δίσκο όπου να δύνανται οι χρήστες να τοποθετούν μικρά αντικείμενα.	NAI		
14. Ο ακτινοβολέας να μπορεί να γυρίζει ελεύθερα σε κωνική γωνία και η ακτινοβολούμενη θερμότητα να μπορεί πάντα να εστιάζει στο στρώμα.	NAI		
15. Ο Ακτινοβολέας με την ύψιστη λειτουργία να διαθέτει: <ul style="list-style-type: none"> a) Λάμπες φωτοθεραπείας ίκτερου με LED φωτισμό, με υψηλή ακτινοβολία και καλό αποτέλεσμα. b) Υπέρυθρες κεραμικές λάμπες θέρμανσης με ομοιόμορφη κατανομή σε όλη την επιφάνεια του κρεβατιού. c) Φως παρατήρησης και απαλό νυχτερινό φως. 	NAI		
16. Ελεγκτής θερμότητας να διαθέτει LCD οθόνη που να μπορεί να χειριστεί τρία είδη ενδείξεων όπως η θερμοκρασία του δέρματος 1 και 2 και να ελέγχει:	NAI		

<p>a) Θερμοκρασία του δωματίου. b) Ένταση θερμότητας. c) Χρόνο λειτουργίας της συσκευής. d) Χρόνο θεραπείας του ικτέρου και e) Ένδειξη διαφορετικών ειδών λειτουργικής κατάστασης.</p>			
<p>17. Να διαθέτει κατ'ελάχιστο τα εξής χαρακτηριστικά: a) Διαβάθμιση ελέγχου θερμοκρασίας σώματος, 32°C - 37°C. b) Διαβάθμιση ελέγχου θερμοκρασίας ατμόσφαιρας, 35°C - 38°C. c) Ακρίβεια ένδειξης της θερμοκρασίας, $\leq 0,3^{\circ}\text{C}$. d) Ομοιομορφία θερμοκρασίας στρώματος, $\leq 0,2^{\circ}\text{C}$. e) Ρύθμιση της γωνίας ακτινοβολία(κωνική γωνία), $\geq \pm 60^{\circ}$. f) Ρύθμιση κλίσης του κρεβατιού σε $\geq \pm 12^{\circ}$.</p>	NAI		
<p>18. Να διαθέτει πολλαπλούς αυτοελέγχους λειτουργίας συναγερμών, όπως: a) Συναγερμός απόκλισης θερμοκρασίας στρώματος, απόκλιση μεταξύ της μετρημένης θερμοκρασίας και της τοποθετημένης θερμοκρασίας $\geq \pm 1^{\circ}\text{C}$ b) Συναγερμός υπερθέρμανσης του στρώματος, απόκλιση θέρμανσης στρώματος $\geq 39^{\circ}\text{C}$. c) Συναγερμός ένδειξης λάθους του στρώματος, κλειστό κύκλωμα ένδειξης στρώματος, άμεση απόκλιση d) Συναγερμός απόκλισης θερμοκρασίας σώματος, με απόκλιση μεταξύ της μετρημένης θερμοκρασίας και της τοποθετημένης θερμοκρασίας $\geq \pm 1^{\circ}\text{C}$ e) Συναγερμός ένδειξης σώματος, δεν είναι εισαγμένος ο δείκτης σώματος, κλειστό κύκλωμα, ανοικτό κύκλωμα ή έξω από το στρώμα. f) Συναγερμός υπερθέρμανσης θερμοκρασίας σώματος, απόκλιση θερμοκρασίας σώματος $\geq 39^{\circ}\text{C}$ g) Συναγερμός πτώσης ρεύματος, ενεργοποιείται αν η τάση πέσει ή το καλώδιο του ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο όταν ανοίγει η μονάδα h) Συναγερμός χαμηλής τάσης της μπαταρίας, απόθεμα μπαταρίας μικρότερο από την επιτρεπόμενη τιμή. i) Άλλοι συναγερμοί λειτουργιών του συστήματος.</p>	NAI		
<p>19. Να συνοδεύεται με τα παρακάτω standard εξαρτήματα : A) Θερμαντικό Σώμα, Πίνακα Ελέγχου Θερμοκρασίας, έναν αισθητήρα Δέρματος και ένα αισθητήρα Θερμοκρασίας, Πίνακα Ελέγχου κρεβατιού, κολλοειδές στρώμα (σιλικόνης), μεταβλητό σταντ, συρτάρια, μοχλό αναρρόφησης, (I.V.Πόλος), Ράφια, Καλώδιο ρεύματος. B) Αναρρόφηση (για βρόγχους νεογνών), ασκό ανάνηψης(ambou) νεογνών και ροόμετρο O₂.</p>	NAI		

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ			
<p>1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το νοσοκομείο.</p>	ΝΑΙ		
<p>2. Να δοθεί το ετήσιο κόστος πλήρους συμβολαίου συντήρησης και επισκευής, συμπεριλαμβανομένων εργασίας - ανταλλακτικών και τυχόν αναλωσίμων συντήρησης, για τα επόμενα έτη μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας έως και την συμπλήρωση δεκαετίας.</p> <p>3. Διευκρινίζεται ότι:</p> <p>Το κόστος συντήρησης για τα έτη μετά από τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της προμήθειας εκάστου είδους και θα καταβληθεί από ίδιους πόρους του Νοσοκομείου, εφόσον επιλεγθεί από το Νοσοκομείο η σύμβαση σύμβασης συντήρησης μεταξύ αυτού και του αναδόχου.</p> <p>Το κόστος της συντήρησης του εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».</p> <p>4. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</p> <p>Ο προμηθευτής με ποινή αποκλεισμού υποχρεούται στην οικονομική προσφορά να αναφέρει την συγκεκριμένη ετήσια τιμή των εξόδων πλήρους συντήρησης (με ανταλλακτικά, εργασία, αποκατάσταση βλαβών, αναλώσιμα), για το πρώτο έτος μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, (ανεξάρτητα των λοιπών όρων εγγύησης κάθε προσφοράς, οι οποίες θα αξιολογηθούν κατά περίπτωση).</p> <p>Οι προσφερόμενες αρχικές αντίστοιχες ετήσιες τιμές για συντήρηση ή για προμήθεια θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να αναθεωρούνται-αναπροσαρμόζονται, ανά έτος, μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας (τρία (3) έτη συμβόλαιο συντήρησης και πέντε (5) έτη με δικαίωμα προαίρεσης) από την εγκατάσταση – παράδοση σε λειτουργία του συγκροτήματος, με συγκεκριμένο αντίστοιχο ποσοστό της αναγκαίας κατά περίπτωση, ετήσιας προσαύξησης επί των αρχικών τιμών, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τον εκάστοτε επίσημο πληθωρισμό του προηγούμενου έτους της Ε.Σ.Υ.Ε.</p> <p>Οι οικονομοτεχνικοί όροι ή προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε προσφορά, όταν αφορούν σε παροχή στοιχείων κλπ. για τον υπολογισμό, για μια δεκαετία, των συνολικών εξόδων συντήρησης και λειτουργίας, θα πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιούν κατ' ελάχιστον τις επιμέρους απαιτήσεις της Διακήρυξης, ως προς τα περιλαμβανόμενα στη συντήρηση και ως προς τα τεχνικά στοιχεία εγγυήσεων-καλύψεων των υλικών, ώστε τελικά να καθίσταται δυνατή αφενός η αξιολόγηση-</p>	ΝΑΙ		

<p>βαθμολόγηση των τεχνικών όρων ή απαιτήσεων και αφετέρου η διαμόρφωση συμψηφιστικά της συνολικής ενδεικτικής τιμής συντήρησης-λειτουργίας, για μια δεκαετία.</p> <p>Στην προσφερόμενη ετήσια τιμή συντήρησης περιλαμβάνονται οπωσδήποτε (με ποινή αποκλεισμού) τα ανταλλακτικά, τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά και τα αναλώσιμα υλικά των προσφερόμενων ειδών.</p>			
<p>5. Στην προσφορά να αναφέρεται με σαφήνεια αν στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τμήματα, τα οποία στα prospectus χαρακτηρίζονται ως option.</p>	<p>NAI</p>		
<p>6. Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα παρακάτω:</p> <p>α. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των δυνατοτήτων του μηχανήματος.</p> <p>β. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος όπως προσφέρεται.</p> <p>γ. ORIGINAL PROSPECTUS του κατασκευαστή.</p> <p>δ. Φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντώνται με κάθε λεπτομέρεια και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Να υπάρχουν παραπομπές σε φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη των ζητούμενων στοιχείων, όπου θα εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά με την αντίστοιχη επισήμανση.</p> <p>ε. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι ο κατασκευαστής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ε.Ο.Κ. (ISO 13485:2016).</p> <p>στ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι το προσφερόμενο είδος μπορεί να φέρει την σήμανση CE, κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 93/42/Ε.Ο.Κ.</p> <p>ζ. Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ε.Ο.Κ. (οπωσδήποτε ISO13485 με πεδία πιστοποίησης την εμπορία και τεχνική υποστήριξη).</p> <p>η. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό συμμόρφωσης με την Υπ.Απ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/07-01-2004 «Σύστημα ποιότητας των εταιριών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων».</p> <p>θ. Δήλωση για τεχνική υποστήριξη και επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τουλάχιστον 10 χρόνια.</p>	<p>NAI</p>		
<p>Παράδοση – Παραλαβή</p> <p>Θα συνοδεύεται από κάθε τι απαραίτητο και θα παραδοθεί με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή σε πλήρη και κανονική λειτουργία μετά από επίδειξη στους χρήστες.</p> <p>Θα παραδοθούν στο TBT εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και επίσημο εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα. Τα ανωτέρω εγχειρίδια επίσης να δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.</p>	<p>NAI</p>		

Υπόεργο 12: «Προμήθεια Ροόμετρου επιτοίχιου διπλού (50 τεμ.) στο Γ.Ν. Λαμίας»

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	38428000-1	ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΔΙΠΛΟ	50 τεμ.	4.838,71 €	6.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΔΙΠΛΟΥ

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Το Ροόμετρο να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, το οποίο να συνδέεται σε λήψεις οξυγόνου με ειδικό ταχυσύνδεσμο οξυγόνου, ο οποίος να αποκλείει την τοποθέτησή του σε λήψη άλλου αερίου ή κενού.	ΝΑΙ		
2	Για την εξυπηρέτηση του ασθενή από μία λήψη οξυγόνου της κονσόλας, με λήψη οξυγόνου ή με λήψη φαρμάκων με νεφελοποίηση χωρίς ιδιαίτερες παρεμβάσεις, να αποτελείται από έναν ταχυσύνδεσμο και δύο ανεξάρτητα ροόμετρα οξυγόνου ενωμένα σε διάταξη V, στην έξοδο των οποίων θα υπάρχουν στην μεν μία υγραντήρας και στην άλλη ρουζούνι (ακροφύσιο νεφελοποίησης φαρμάκων), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.	ΝΑΙ		
A.	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ			
1	Ο ταχυσύνδεσμος οξυγόνου να είναι κατάλληλος για λήψεις οξυγόνου Γαλλικού τύπου, AFNOR NF S 90-116.	ΝΑΙ		
B.	ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Έκαστο εκ των δύο ανεξάρτητων ροόμετρων οξυγόνου να διαθέτει τα εξής:			
1	Να διαθέτει έξοδο κοχλιωτή με σπείρωμα 9/16 για τη σύνδεση διάφορων συσκευών (υγραντήρες, ρουζούνια, κλπ).	ΝΑΙ		
2	Το σώμα του ροόμετρου να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό και όχι πλαστικό υλικό και η μετρητική διάταξη από άθραυστο διάφανο πλαστικό υλικό.	ΝΑΙ		
3	Να έχει την δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης της ροής μέχρι 15 λίτρα ανά λεπτό με περιστροφικό διακόπτη φέροντα ενδείξεις on-off. Η μέτρηση της ροής να γίνεται με στήλη-μπύλια, ενώ οι ενδείξεις μέτρησης της ροής δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του ροόμετρου, για να μην σβήνονται με τη χρήση και τους καθαρισμούς.	ΝΑΙ		
4	Η βαθμονόμηση της μετρητικής διάταξης του ροόμετρου να είναι σε λίτρα ανά λεπτό και η διαβάθμιση των ενδείξεων μέτρησης να ξεκινάει από	ΝΑΙ		

	0,5 lit/min αυξανόμενη ανά 0,5 lit/min μέχρι τα 5 lit/min και να συνεχίζει αυξανόμενη ανά 1 lit/min έως και τα 15 lit/min.			
5	Η ακρίβεια για ροές μεταξύ του 10% και 100% της πλήρους κλίμακας να είναι είτε $\pm 10\%$ είτε $\pm 0,5$ lit/min (οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο). Για ροές κάτω από 10% της πλήρους κλίμακας η ακρίβεια πρέπει να δηλώνεται από τον κατασκευαστή.	NAI		
6	Η πίεση λειτουργίας του ροόμετρου καθώς και η πίεση βαθμονόμησης της μετρητικής διάταξης, να είναι 4 – 5 bar.	NAI		
7	Να διαθέτει μεταλλικό φίλτρο στην είσοδο.	NAI		
8	<p>Να αναγράφονται επί του ροόμετρου τα ακόλουθα :</p> <p>a) Ο συμβολισμός (O₂), ή και η λέξη OXYGEN ή ΟΞΥΓΟΝΟ.</p> <p>b) Η επωνυμία ή και το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή ή του διανομέα.</p> <p>c) Στοιχεία ιχνιασιμότητας όπως τύπος (μοντέλο) της συσκευής, αριθμός σειράς ή αριθμός παρτίδας ή χρονολογία κατασκευής.</p> <p>d) Η πίεση εισόδου για την οποία είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί και έχει καλιμπραριστεί το ροόμετρο.</p> <p>e) Ένδειξη για το σημείο της μπίλιας όπου πρέπει να διαβάζεται η ροή.(π.χ διαβάζεται στο κέντρο της μπίλιας).</p> <p>f) Η φράση "USE NO OIL" ή αντίστοιχη προειδοποίηση στα Ελληνικά ή αντίστοιχος συμβολισμός.</p> <p>g) Ένδειξη της φοράς αύξησης της ροής στο διακόπτη του ροόμετρου.</p> <p>h) Η μονάδα μέτρησης ροής l/min (λίτρα ανά λεπτό).</p> <p>i) Η σήμανση CE καθώς και ο αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού.</p>	NAI		
9	Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης, καθώς και από πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποιήσεων, ότι είναι εναρμονισμένο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42 (ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης IIa).	NAI		
Γ.	ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ			
1	Να είναι τύπου φυσαλίδων, πολλαπλών χρήσεων και όχι μίας χρήσης (με δυνατότητα αποστείρωσης δια κλιβανισμού ή με χημικά μέσα).	NAI		
2	Να συνδέεται σε ροόμετρα μέσω κοχλιωτού μεταλλικού συνδέσμου με σπείρωμα 9/16 και να αποσπάται απ' αυτά, εύκολα με το χέρι εξασφαλίζοντας στεγανότητα κατά τη σύσφιξη.	NAI		
3	Να διαθέτει κωνική μεταλλική έξοδο μέσης διαμέτρου 7,5 mm.	NAI		

4	Η χωρητικότητα σε νερό να είναι τουλάχιστον 180 ml, η επιτρεπόμενη μέγιστη ροή αερίου να είναι άνω των 15 L/min και η μέγιστη τιμή πίεσης που θα μπορεί να δεχθεί να είναι μεγαλύτερη από 4 bar.	ΝΑΙ		
5	Η φιάλη του νερού να είναι διάφανη και να έχει ενδείξεις μέγιστης και ελάχιστης στάθμης νερού. Επίσης να δύναται να παραγγελλθεί και ιδιαίτερα εάν χρειαστεί, ως ξεχωριστό ανταλλακτικό του υγραντήρα (τούτο να διευκρινίζεται στην προσφορά).	ΝΑΙ		
6	Να αναγράφονται επί της συσκευής η μέγιστη και ελάχιστη στάθμη νερού, η μέγιστη πίεση λειτουργίας, η μέγιστη επιτρεπόμενη ροή, στοιχεία κατασκευαστή, τύπος συσκευής, σήμανση CE με τον κωδικό αριθμό του φορέα πιστοποίησης.	ΝΑΙ		
7	Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης, καθώς και από πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποιήσεων, ότι είναι εναρμονισμένο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42 (ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης IIa).	ΝΑΙ		
Δ.	ΡΟΥΞΟΥΝΙ			
1	Να συνδέεται σε ροόμετρα μέσω κοχλιωτού μεταλλικού συνδέσμου με σπείρωμα 9/16 και να αποσπάται απ' αυτά, εύκολα με το χέρι εξασφαλίζοντας στεγανότητα κατά τη σύσφιξη.	ΝΑΙ		
2	Να διαθέτει κωνική μεταλλική έξοδο μέσης διαμέτρου 7,5 mm.	ΝΑΙ		