

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για ανάληψη Εργασίας Πλήρους Επισκευής (Έλεγχος – διάγνωση - Επισκευή) συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών του παρακάτω μηχανήματος.

A. ΓΕΝΙΚΑ

Αφορά την Πλήρη Επισκευή (Έλεγχος – Διάγνωση - Επισκευή) με κάλυψη ανταλλακτικών του μηχανήματος : Πλυντήριο Κλινών Χωρητικότητας 4.800lt και διαστάσεων 1.000X2.000X2.500mm με s/n : BX06003

Οίκου κατασκευής - Τύπος : METALARREDINOX

Μοντέλου : TURBO-BOX 06BX002

του Τμήματος ή Κλινικής : Κεντρική Αποστείρωση.

με πρόβλημα ένδειξη βλάβης : (Back door error)

B. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η ανάδοχος εταιρία θα πρέπει να έχει επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις ώστε να έχει πλήρη γνώση της βλάβης του μηχανήματος .

2. **Η προσφορά της ανάδοχου εταιρία θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως την αποκατάσταση της βλάβης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών .**

3. Η ανάδοχος εταιρία θα πρέπει να προσκομίσει δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας (τουλάχιστον 6 μηνών) για τα μέρη που θα επισκευάσει.

4. Η ανάδοχος εταιρία θα πρέπει να διαθέτει:

▶ Σε περίπτωση χρήσης ανταλλακτικού πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό ότι δύναται να φέρει την σήμανση CE, κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 93/42/Ε.Ο.Κ

▶ Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ε.Ο.Κ. (ISO 9001 & 13485 με πεδίο πιστοποίησης τουλάχιστον την εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων).

▶ Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό συμμόρφωσης με την Υπ.Απ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/07-01-2004 «Σύστημα ποιότητας των εταιριών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων».

▶ Να διαθέτει Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006).

5. Η ανάδοχος εταιρία μετά από το πέρας της εργασίας θα παραδώσει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο Δελτίου Εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί και τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ . ΒΙ.Τ.